



Ficha Técnica Estación

Código: F-GAA-RA-03

Versión: 03

Fecha: 2017-09-15

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la estación: Copacabana - Ciudadela Educativa de la Vida **Código:** 82

Nombre Corto: COP-CVID

Dirección:

Ubicación: **Latitud:** 6.34536 **Altitud:** 0.0
Longitud: -75.50475 **Altura [m]:** 11.5

Entorno Local:

Nombre del Contacto en la Estación: Francisco Cadavid
Cargo: Encargado Estación - Ciudadela La Vida
Teléfono: 2748816
Email: agroambiental@copacabana.gov.co

DETALLES DE TRASLADOS

| DETALLES DE CAMBIOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DIRECCIÓN |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|
|---------------------|--------------|-----------|-----------|

TIPO DE ESTACIÓN

NIVEL I: ÁREA

Urbana
Suburbana
Rural

NIVEL II: TIEMPO

Fija
Indicativa

NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES

Tráfico
Punto crítico
Industrial
Fondo

NIVEL IX: INFORMACIÓN ADICIONAL

FOTOS DE LA ESTACIÓN



COMPONENTES DE LA ESTACIÓN

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE

| PARÁMETRO | ACTIVO | TIPO | | FECHA INSTALACIÓN | FECHA DESINSTALACIÓN | OBSERVACIONES |
|---------------------|--------|------|----|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | A | SM | | | |
| PM10(A) | X | | | 2017-09-14 | ND | |
| PM10(M) | | | | | | |
| PM2.5(A) | | X | | | | |
| PM2.5(M) | | | | | | |
| PST(A) | | | | | | |
| PM1(A) | | | | | | |
| NOX(A) | | | | | | |
| O3(A) | | | | | | |
| CO(A) | | | | | | |
| SO2(A) | | | | | | |
| Sonometro | | | | | | |
| Calibrador dinámico | | | | | | |
| Generador Aire Zero | | | | | | |

A : Automático; SM : Semiautomático / Manual

PARÁMETROS METEOROLOGÍA

| PARÁMETRO | ACTIVO | FECHA INSTALACIÓN | FECHA DESINSTALACIÓN | OBSERVACIONES |
|------------------|--------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Dirección Viento | | | | |
| Velocidad Viento | | | | |
| Presión | | | | |
| Temperatura | | | | |
| Humedad Relativa | | | | |
| Precipitación | | | | |
| Radiación Solar | | | | |
| Otro | | | | |

CONTROL DE LA ESTACIÓN

| FECHA AA-MM-DD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
|-------------------|---|---|
| 2018-02-01 | Se realizó medición de la puesta a tierra, se verifican las conexiones internas y la acometida eléctrica con el personal de HyM, mientras se realizaba esta verificación, se encontró que la acometida eléctrica presentaba un corto, el cual fue necesario solucionar. | Tulio Andrés Pabón Cárdenas Carlos Eduardo Pineda Duque |
| 2018-07-10 | Se realiza instalación de base para extintor. | Juan Camilo Jaramillo Londoño Andrés Felipe Rincón Gaviria |