



## Ficha Técnica Estación

Código: F-GAA-RA-03

Versión: 03

Fecha: 2017-09-15

### INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre de la estación:** Medellín - I.E. Ciro Mencia **Código:** 86

**Nombre Corto:** MED-ARAN

**Dirección:**

**Ubicación:** **Latitud:** 6.29042 **Altitud:** 1545.0

**Longitud:** -75.5555 **Altura [m]:** 6.0

**Entorno Local:**

**Nombre del Contacto en la Estación:** Miguel Angel Tangarife

**Cargo:** Encargado Estación - I.E. Ciro Mencia

**Teléfono:** 2364909 ext103

**Email:** ie.cirmencia@medellin.gov.co

### DETALLES DE TRASLADOS

DETALLES DE CAMBIOS

FECHA INICIO

FECHA FIN

DIRECCIÓN

### TIPO DE ESTACIÓN

**NIVEL I: ÁREA**

Urbana

Suburbana

Rural

**NIVEL II: TIEMPO**

Fija

Indicativa

**NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES**

Tráfico

Punto crítico

Industrial

Fondo

**NIVEL IX: INFORMACIÓN ADICIONAL**

## FOTOS DE LA ESTACIÓN



## COMPONENTES DE LA ESTACIÓN

### PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE

PARÁMETRO	ACTIVO	TIPO		FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
		A	SM			
PM10(A)	X			2017-09-29	ND	
PM10(M)						
PM2.5(A)		X				
PM2.5(M)						
PST(A)						
PM1(A)						
NOX(A)						
O3(A)						
CO(A)						
SO2(A)						
Sonometro						
Calibrador dinámico						
Generador Aire Zero						

A : Automático; SM : Semiautomático / Manual

### PARÁMETROS METEOROLOGÍA

PARÁMETRO	ACTIVO	FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
Dirección Viento				
Velocidad Viento				
Presión				
Temperatura				
Humedad Relativa				
Precipitación				
Radiación Solar				
Otro				

## CONTROL DE LA ESTACIÓN

FECHA AA-MM-DD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2017-10-11	Se realiza instalación de la UPS en su respectivo cajón. Se realiza conexión y se deja en operación normal.	Juan Camilo Jaramillo Londoño Andrés Felipe Rincón Gaviria
2018-03-01	Desde pasadas las 3:00am se encontró que las concentraciones del equipo se incrementaron bastante. Al visitar la estación se encontró que un almacén de juguetería ubicado al frente de la estación aproximadamente a 40m se incendió.	John Alejandro Soto Gómez
2018-07-10	Se realiza instalación de base para extintor.	Juan Camilo Jaramillo Londoño Andrés Felipe Rincón Gaviria
2018-09-06	Se realiza instalación de extintor serial 40647 Actividades realizadas: Limpieza Externa Estación	Jeison Esneider Durango Gallego John Alejandro Soto Gómez