



Ficha Técnica Estación

Código: F-GAA-RA-03

Versión: 03

Fecha: 2017-09-15

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la estación: Envigado - Hospital Manuel Uribe Ángel - Sede Santa Gertrudis **Código:** 88

Nombre Corto: ENV-HOSP

Dirección: Diagonal 33 # 35 C sur 31 Barrio los Naranjos, Envigado, Antioquia

Ubicación:
Latitud: 6.16868 **Altitud:** 0.0
Longitud: -75.58197 **Altura [m]:** 0.0

Entorno Local:

Nombre del Contacto en la Estación: Andres Mejía

Cargo: Encargado Estación - Hospital Manuel Uribe Angel - Sede Santa Gertrudis

Teléfono: 3046578215

Email: andres.mejia@envigado.gov.co

DETALLES DE TRASLADOS

DETALLES DE CAMBIOS

FECHA INICIO

FECHA FIN

DIRECCIÓN

TIPO DE ESTACIÓN

NIVEL I: ÁREA

Urbana

Suburbana

Rural

NIVEL II: TIEMPO

Fija

Indicativa

NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES

Tráfico

Punto crítico

Industrial

Fondo

NIVEL IX: INFORMACIÓN ADICIONAL

FOTOS DE LA ESTACIÓN



COMPONENTES DE LA ESTACIÓN

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE

| PARÁMETRO | ACTIVO | TIPO | | FECHA INSTALACIÓN | FECHA DESINSTALACIÓN | OBSERVACIONES |
|---------------------|--------|------|----|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | A | SM | | | |
| PM10(A) | X | | | 2017-10-30 | ND | |
| PM10(M) | | | | | | |
| PM2.5(A) | | X | | | | |
| PM2.5(M) | | | | | | |
| PST(A) | | | | | | |
| PM1(A) | | | | | | |
| NOX(A) | | | | | | |
| O3(A) | | | | | | |
| CO(A) | | | | | | |
| SO2(A) | | | | | | |
| Sonometro | | | | | | |
| Calibrador dinámico | | | | | | |
| Generador Aire Zero | | | | | | |

A : Automático; SM : Semiautomático / Manual

PARÁMETROS METEOROLOGÍA

| PARÁMETRO | ACTIVO | FECHA INSTALACIÓN | FECHA DESINSTALACIÓN | OBSERVACIONES |
|------------------|--------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Dirección Viento | | | | |
| Velocidad Viento | | | | |
| Presión | | | | |
| Temperatura | | | | |
| Humedad Relativa | | | | |
| Precipitación | | | | |
| Radiación Solar | | | | |
| Otro | | | | |

CONTROL DE LA ESTACIÓN

| FECHA AA-MM-DD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
|-------------------|--|--|
| 2018-08-22 | Se instala extintor en la estación | Jeison Esneider Durango Gallego John Alejandro Soto Gómez |
| 2018-10-23 | Se realiza limpieza externa a la ups | Jeison Esneider Durango Gallego John Alejandro Soto Gómez |
| 2019-01-15 | Se revisan conexiones en la ups. | Jeison Esneider Durango Gallego John Alejandro Soto Gómez |
| 2019-04-04 | Se realiza mantenimiento a la ups de la estación por personal de hyh. Se encontró una de las baterías recargable con referencia SH1228W con bajo voltaje respecto al voltaje nominal. Actividades realizadas: Mantenimiento UPS | Jeison Esneider Durango Gallego John Alejandro Soto Gómez |